

# 주식회사 수 덕 레 벨

우:04768 서울특별시 성동구 서울숲6길 8-1(성수동1가) / TEL : 02) 464-5314~5 / FAX : 02) 463-8889

문서번호 : 19112-SDL-00389

시행일자 : 2019. 12. 01.

수 신 : 거래처

참 조 : 관련부서

제 목 : STI-4US 경보 관련 건.

|        |     |     |                       |  |
|--------|-----|-----|-----------------------|--|
| 선<br>결 |     |     | 지<br>시                |  |
| 접<br>수 | 일자  |     | 결<br>재<br>/<br>공<br>람 |  |
|        | 번호  |     |                       |  |
|        | 처리과 | 영업팀 |                       |  |
|        | 담당자 |     |                       |  |

제 목(1) : STI-4US "L-Er","S-Er" 경보 관련 안내문.

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원 합니다.

2. STI-4US(ver 2.0.1) 경보 프로그램 추가로 설정해제 방법을 알려드립니다.

- "L-Er" 헌팅 경보 - % 값이 간헐적으로 5회 이상 헌팅, 선택 스위치 5회 반복 시 출력.  
동작은 이상 없지만 "L-Er" 해제 시 까지 표시.
- "S-Er" 설정 경보 - L/A, START, STOP, H/A 설정값이 가분수로 설정 시 출력.  
동작은 정지되고 올바른 설정값을 입력해야 해제.

L-Er 해제방법 - 컨트롤 전면 ▲ + ▼ 동시에 3초간 누르시면 "L-Er" 해제가 됩니다.

<끝>